

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 4278.1 - 1993

橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 总 则

1993-08-21 发布

1993-10-01 实施

中华人民共和国机械工业部 发 布

橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 总 则

代替 JB 4278.1 - 1986

1 主题内容与适用范围

本标准规定了橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法的术语、检定器具的校验及检定证书和检定结果通知书的封面式样。

本标准适用于橡皮和塑料电线电缆试验仪器设备的检定。

本标准各个部分规定的检定方法，适用于新制造的、修理后和使用中的橡皮和塑料电线电缆试验仪器设备的检定。

2 术语

2.1 空间(区域)温度偏差

在给定温度调节下并达到热稳定状态之后，试验箱内同一时刻不同位置间出现的温度偏差。

2.2 时间温度波动

在给定温度调节下并达到热稳定状态之后，试验箱内同一位置不同时刻由调节器工作方式引起的温度波动。

2.3 温度偏差

在同一时刻不同位置间(空间温度偏差或区域温度偏差)和同一位置不同时刻(时间温度波动)可能存在的温度偏差。

2.4 工作空间(区域)

符合电线电缆试验方法标准中规定的温度偏差、用于放置试样的空间(区域)。放置试样的空间(区域)不得小于试样所占有的空间(区域)。

3 检定器具的校验

凡在本标准中用于检定试验仪器设备的器具都应按规定进行定期校验检定，以保证检定用器具的准确性。

4 检定证书、检定结果通知书式样

本标准各部分试验仪器设备的检定证书的封面式样、检定结果通知书的封面式样按附录 A、附录 B。部分检定方法给出了检定证书式样。

附 录 A
检定证书封面式样
(补 充 件)

		1)
检 定 证 书		
_____ 字第 _____ 号		
设备名称	_____	
型号规格	_____	
制 造 厂	_____	
出厂编号	_____	
设备编号	_____	
送检单位	_____	
检定结果	_____	
	主管	_____
	核验	_____
	检定	_____
检定日期	_____ 年 _____ 月 _____ 日	
有效日期	_____ 年 _____ 月 _____ 日	

注：1) 检定单位名称

附 录 B
检定结果通知书封面式样
(补 充 件)

1)	
检 定 结 果 通 知 书	
_____ 字第 _____ 号	
设备名称	_____
型号规格	_____
制 造 厂	_____
出厂编号	_____
设备编号	_____
送检单位	_____
主管 _____	
核验 _____	
检定 _____	
检定日期	_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：1) 检定单位名称

附加说明：

本标准由机械工业部上海电缆研究所提出并归口。

本标准由机械工业部上海电缆研究所等起草。

本标准主要起草人袁百奋。

中 华 人 民 共 和 国
机 械 行 业 标 准
橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法
总 则
JB/T 4278.1 - 1993

*

机械科学研究院出版发行
机械科学研究院印刷
(北京首体南路2号 邮编 100044)

*

开本 880×1230 1/16 印张 X/X 字数 XXX,XXX
19XX 年 XX 月第 X 版 19XX 年 XX 月第 X 印刷
印数 1 - XXX 定价 XXX.XX 元
编号 XX - XXX

机械工业标准服务网：<http://www.JB.ac.cn>